



METAS, GUGA, Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz

Damassine Fleury-Perret Sàrl
M. Daniel FLEURY
Combe-Bruquelin 27
2900 Porrentruy

Votre interlocuteur:
Gabriel GUERRY
+41 58 387 09 39
gabriel.guerry@metas.ch

Rapport d'essai

Echantillon: Echantillon 1 (14.4.2025)
N° d'échantillon: 16836
Date du mandat: 14.04.2025
Date d'entrée: 15.04.2025
Date d'analyse: 15.04.2025 - 06.05.2025

Paramètre

Méthanol:
Taux d'alcool:
Carbamate d'éthyle:

(EG) 2870/2000
OIV-MA-BS-25

Résultat

934 g/hL a.p.
42.2 % vol
<0.06 mg/L

Méthode

(EG) 2870/2000
(EG) 2870/2000
OIV-MA-BS-25

Méthode propre basée sur l'ordonnance de la communauté européenne
Méthode propre basée sur le rassemblement international des méthodes d'analyse pour spiritueux

Remarque(s): Le mandataire a fourni les informations supplémentaires suivantes au sujet de l'échantillon: "Damassine AOP 2020 - La Baroche"

Pour l'analyse:
Bern, 06.05.2025

Joëlle BLANC,
Collaboratrice technique,
Domaine Essais chimiques et conseils

Validé par:
Bern, 06.05.2025

Gabriel GUERRY,
Chef de groupe,
Domaine Essais chimiques et conseils

Les données relatives aux incertitudes de mesure seront fournies sur demande
(*) La méthode utilisée n'appartient pas au domaine d'accréditation du laboratoire.

Les résultats se rapportent exclusivement à l'échantillon analysé. Sans l'autorisation du laboratoire d'essai, il est défendu de partiellement reproduire le rapport d'essai. Les conditions générales du laboratoire sont disponibles sous <https://www.metas.ch/metas/de/home/dl/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

Institut fédéral de métrologie METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern
+41 58 387 01 11, www.metas.ch
info@metas.ch





METAS, GUGA, Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern, Schweiz

Damassine Fleury-Perret Sàrl
M. Daniel FLEURY
Combe-Bruquelin 27
2900 Porrentruy

Votre interlocuteur:
Gabriel GUERRY
+41 58 387 09 39
gabriel.guerry@metas.ch

Rapport d'essai

Echantillon: Echantillon 1 (14.4.2025)
N° d'échantillon: 16836
Date du mandat: 14.04.2025
Date d'entrée: 15.04.2025
Date d'analyse: 15.04.2025 - 04.06.2025

Paramètre	Résultat	Méthode
Carbamate d'éthyle:	0.13 mg/L	OIV-MA-BS-25
OIV-MA-BS-25	Méthode propre basée sur le rassemblement international des méthodes d'analyse pour spiritueux	

Remarque(s): L'échantillon a subi une illumination du 09.05 au 16.05.2025 avant que le carbamate d'éthyle ne soit quantifié (concentration massique avant illumination <0.06 mg/L).

Pour l'analyse:
Bern, 27.05.2025

Joëlle BLANC,
Collaboratrice technique,
Domaine Essais chimiques et conseils

Validé par:
Bern, 04.06.2025

Gabriel GUERRY,
Chef de groupe,
Domaine Essais chimiques et conseils

Les données relatives aux incertitudes de mesure seront fournies sur demande
(*) La méthode utilisée n'appartient pas au domaine d'accréditation du laboratoire.

Les résultats se rapportent exclusivement à l'échantillon analysé. Sans l'autorisation du laboratoire d'essai, il est défendu de partiellement reproduire le rapport d'essai. Les conditions générales du laboratoire sont disponibles sous <https://www.metas.ch/metas/de/home/dl/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html>

Institut fédéral de métrologie METAS
Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern
+41 58 387 01 11, www.metas.ch
info@metas.ch

